

# MODULO RICHIESTA APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

ASL3 - Nuoro  
Data: 2024-04-12 09:28:45.0, NP/2024/1419

**MODULO RICHIESTA APPARECCHIATURE BIOMEDICHE**

Si chiede di compilare il file in tutte le sue parti. In seguito alla compilazione, si prega di rinominare il file come segue: Struttura\_Distretto/Presidio\_2023 cui è riferito (es. *Cardiologia\_SanFrancesco\_2023.pdf*) e inoltrarlo **firmato e protocollato** all'Ingegneria Clinica via mail al seguente indirizzo: [tecnologia@aslnuoro.it](mailto:tecnologia@aslnuoro.it) firmato e protocollato.

RICHIEDENTE	
Data richiesta	03/05/2023
P.O./Distretto	POU S.Francesco
Struttura richiedente (U.O - Centro di Costo)	U.O.C. di ORL
Responsabile di struttura	Dr. Corrado Bozzo
Referente	
Telefono	3382206402
Email	corrado.bozzo@aslnuoro.it

DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA		
Tipologia apparecchiatura	Ecografo Siemens Acuson NX3 ELITE	
Quantità richiesta	1	
Costo presunto	60.000	
Livello di priorità della richiesta	<input checked="" type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Bassa	
RISORSE AGGIUNTIVE		
Per le apparecchiature biomediche specificare le risorse aggiuntive (accessori, materiali di consumo, risorse umane e risorse logistiche/impiantistiche) necessarie per l'utilizzo previsto:		
<b>ACCESSORI:</b> L'apparecchiatura necessita di accessori (sia hardware che software) da includere nella richiesta di acquisizione? (es. sonde ecografiche per ecografo esistente; software specifici particolari...)		
<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		
<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo (ivato)</b>
sonde ecografiche LINEAR (102 MM FIELD OF VIEW)	1	
pistola di Cameco	1	Euro 150
<b>TOTALE</b>		

**MODULO RICHIESTA APPARECCHIATURE BIOMEDICHE**

**MATERIALE DI CONSUMO:** L'apparecchiatura necessita di materiali di consumo?

SI  NO

Descrizione Materiale	Quantità annua	Costo annuo
aghi 23 Gauge	100	
gel conduttore	30	
siringhe	200	
<b>TOTALE</b>		

**RISORSE UMANE:** L'apparecchiatura necessita di risorse umane aggiuntive?

SI  NO

Se SI, specificare se è necessario assumere altro personale o organizzare corsi di aggiornamento per il personale già presente.

**RISORSE LOGISTICHE/IMPIANTISTICHE:** L'apparecchiatura necessita di nuovi spazi o di adeguamenti impiantistici?

SI  NO

Se SI, descrivere brevemente eventuali risorse logistiche e/o adeguamenti impiantistici necessari per l'installazione dell'apparecchiatura.

Al momento l'apparecchiatura potrebbe venire allocata nello spazio attualmente occupato dalla Diagnostica Rinologica e dalla Diagnostica Logopedica, che non erogano prestazioni quotidiane. Se gli spazi attualmente occupati dalla Neuropsichiatria Infantile ed in precedenza destinati all'U.O. di ORL venissero, come da programma, liberati, l'ecografo potrebbe venire allocato in uno di questi ultimi.

**MODULO RICHIESTA APPARECCHIATURE BIOMEDICHE**

DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA	
<b>Motivazione della richiesta</b>	<p><b>SOSTITUZIONE apparecchiature inventariate</b> (Indicare il n. di inventario dell'apparecchiatura di cui si richiede la sostituzione: _____)</p> <p><b>INTEGRAZIONE apparecchiature già in uso</b> (Indicare il n. di inventario dell'apparecchiatura per cui si richiede l'integrazione: _____)</p> <p><input checked="" type="radio"/> <b>Apparecchiatura di <u>NUOVA INTRODUZIONE</u></b></p> <p><b>Apparecchiatura <u>INFUNGIBILE</u></b></p>
<b>Breve descrizione della motivazione della richiesta*:</b>	<p>L'acquisizione della strumentazione richiesta consentirebbe all'U.O. di ORL di procedere, dopo adeguata formazione, all'esecuzione di agospirati e/o agobiopsie eco-guidate di neoformazioni delle ghiandole salivari, delle adenopatie laterocervicali, del drenaggio di raccolte accessuali profonde del collo, di quotidiana osservazione, al momento indirizzate al servizio di Radiologia, ma che potrebbero essere eseguite da un Dirigente ora in forza all'U.O. di ORL che ha maturato un'esperienza pluriennale nella conduzione degli esami ecografici e delle procedure diagnostiche a questi associate. Le ripetute richieste all'U.O. di Radiologia al momento comportano un ritardo nell'erogazione delle procedure e di conseguenza un ritardo diagnostico che ricade negativamente sulla tempestività della diagnosi, soprattutto in caso di neoformazioni di natura eteroplasica e/o di adenopatie metastatiche, in alcuni casi con peggioramento della prognosi. La richiesta, in sintesi, soddisfa i requisiti di innovazione, produttività e di nuove prestazioni richiesti per le apparecchiature di nuova introduzione. L'apparecchiatura richiesta è infungibile in quanto non sostituibile da alcuna altra strumentazione esistente data la specificità del suo utilizzo diagnostico.</p>

\*In caso di **SOSTITUZIONE** il richiedente può indicare una delle motivazioni sotto elencate:

- **Insicurezza**: L'apparecchiatura potrebbe nell'arco di pochi mesi non essere più in grado di assicurare gli standard di sicurezza attualmente richiesti dall'attività clinica sia per cedimenti strutturali irrimediabili che per la presenza di caratteristiche intrinseche insoddisfacenti.
- **Obsolescenza**: L'apparecchiatura risulta complessivamente datata (tipicamente più di 8 anni o più di 10 anni nel caso di grossi impianti) e pone gravi problemi di affidabilità e di efficienza manutentiva.
- **Scarsa produttività**: Il mantenimento in attività dell'apparecchiatura non si giustifica più in quanto il mercato garantisce soluzioni più evolute in grado di ridurre i costi e/o di aumentare il numero delle prestazioni.
- **Prestazioni inadeguate**: Il mantenimento in attività dell'apparecchiatura non si giustifica più in quanto il mercato garantisce soluzioni alternative in grado di migliorare significativamente la qualità delle prestazioni erogate.

\*In caso di **INTEGRAZIONE** il richiedente può indicare una delle motivazioni sotto elencate:

- **Incremento apparecchiature-scorta**: si richiede di incrementare il numero di apparecchiature già presenti in azienda (per esempio si richiede l'incremento del numero di monitor multiparametrici facenti parte di un sistema di monitoraggio centralizzato).
- **Miglioramento produttività/qualità**: si richiede l'integrazione di un'hardware/software in grado di migliorare la produttività e la qualità delle prestazioni erogate da un'apparecchiatura già presente in azienda (Per esempio si richiede l'integrazione di un software/hardware su un sistema di diagnostica per immagini per incrementare qualità/prestazioni del sistema stesso).
- **Aggiornamento tecnologico**: si richiede l'integrazione di un'hardware/software in grado di garantire l'aggiornamento di un'apparecchiatura già presente in azienda.

## MODULO RICHIESTA APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

\*In caso di **NUOVA INTRODUZIONE** il richiedente può indicare una delle motivazioni sotto elencate:

- **Innovazione:** l'apparecchiatura non si sostituisce ad altri ma permette al richiedente di ampliare il pannello delle prestazioni erogate con l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche che permettono innovativi approcci diagnostico-terapeutici.
- **Produttività:** l'apparecchiatura richiesta, assieme alle altre già in dotazione di cui si mantiene l'uso, permette l'aumento del numero delle prestazioni o, al caso, il mantenimento della produzione con riduzione delle risorse necessarie all'erogazione.
- **Nuove prestazioni:** l'apparecchiatura non si sostituisce ad altre, non rappresenta necessariamente un'innovazione dal punto di vista tecnologico o dell'approccio diagnostico-terapeutico, ma permette al richiedente di ampliare il pannello delle prestazioni erogate.

\*In caso di **INFUNGIBILITA'** si chiede di specificare nel dettaglio le caratteristiche dell'apparecchiatura e le motivazioni dell'infungibilità.

*Il Responsabile di struttura*

**Dr . C.Bozzo**

---