

Caratteristica	Cod. Prodott	Quantità	P.Unitario	CND	RDM	Aliquota Iva
Fornitura di n. 1 endoscopio flessibile XION EF-N da destinare al Servizio ORL della Casa della Comunità di Nuoro - ASL n. 3 di Nuoro. Caratteristiche tecniche minime: Diametro 3,4 mm Lunghezza operativa 320 mm Raggio di deflessione 8 mm Direzione campo visivo 0° Ampiezza campo visivo 85° Accessori inclusi nella fornitura: Tappo per la compensazione di pressione Tester per la verifica della tenuta di pressione Valigetta per trasporto	10592	1	4590	Z12021005	362477	22,00%
Fornitura di n. 1 SINUSCOPIO HD rigido INVISIA AUTOCLAVABILE Caratteristiche tecniche: Angolazione 0° diametro 2,7 mm Lunghezza 110 mm Possibilità di utilizzo in pazienti adulti e pediatrici	10979	1	1640	Z12029080	1789216	22,00%
Fornitura di n. 1 SINUSCOPIO HD rigido INVISIA AUTOCLAVABILE Caratteristiche tecniche: Angolazione 30° diametro 4 mm Lunghezza 175 mm Possibilità di utilizzo in pazienti adulti e pediatrici	10427	1	1640	Z12029080	1789216	22,00%
Fornitura di n. 1 SINUSCOPIO HD rigido INVISIA AUTOCLAVABILE Caratteristiche tecniche: Angolazione 70° diametro 4 mm Lunghezza 175 mm Possibilità di utilizzo in pazienti adulti e pediatrici	10428	1	1640	Z12029080	1789216	22,00%

Fornitura n. 1 Cavo luce dotato di adattatori Storz per interfacciamento degli endoscopi con la fonte di luce Storz Halogen 150 in dotazione.	10408	1	250			22,00%
Fornitura VIDEOTOSCOPIO USB PC BASED INVENTIS mod. HARMONICA Caratteristiche tecniche : Fonte luce LED Fotocamera ad alta definizione con sensore CMOS Connessione porta USB Accessori inclusi nella fornitura Software per la visualizzazione delle immagini set di campioni specula	12225	1	1990	Z12021009	2515324	22,00%
Provettone vetro Pyrex collo svasato per sterilizzazione nasofaringoscopia flessibile Caratteristiche tecniche: Diametro 36 mm Lunghezza 500 mm	22587	2	92			22,00%
Conformità alle normative vigenti 1. L'attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio. Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio, se e nel caso, deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.152/2006 e ss.m.i.. 2. È previsto il collaudo di accettazione ai sensi delle Norme CEI 62.5 e 62353 da eseguirsi in loco in contraddittorio con il personale del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato ed il personale della Unità Operativa utilizzatrice. 3. Si devono prevedere idoneo corso formativo inerente l'utilizzo a norma della						