



Surgitek Srl

S U R G I T E K

Via Isaac Newton, 1 - 09131 Cagliari (CA) - Italy
Tel. +39070543229 Fax +390705435059
e-mail: segreteria@surgitek.it Pec: amministrazione@pec.surgitek.it Internet: www.surgitek.it
C.F./P.Iva 01526340920

Preventivo nr. **87** del **22/05/2024**

Destinatario

ASL NUORO
Via Demurtas n°1
08100 Nuoro (NU)


P.Iva 00977680917

Destinazione

ASL NUORO
Via Demurtas n°1
08100 Nuoro (NU)

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	Vs. richiesta di intervento tecnico via mail del 20/05/2024 su: PERIMETRO COMPUTERIZZATO HUMPHREY HFA3 CARL ZEISS (sn: 840-20574)(Inv. n. 16789)						
	Errore riscontrato: Lo strumento si è spento improvvisamente						
	Diritto di chiamata	nr	1	€ 80,00		€ 80,00	22
	Costi di trasferta: Zona 5	nr	1	€ 200,00		€ 200,00	22

Proved. Toreb



Pagamento: Bonifico 60 gg. D.F
Intesa San Paolo - IBAN IT98 W030 6904 8601 0000 0004 952

Acconto:

Totale imponibile	€ 280,00
Totale imposta Iva	€ 61,60

Tot. documento	€ 341,60



Surgitek Srl

S U R G I T E K

Via Isaac Newton, 1 - 09131 Cagliari (CA) - Italy
Tel. +39070543229 Fax +390705435059
e-mail: segreteria@surgitek.it Pec: amministrazione@pec.surgitek.it Internet: www.surgitek.it
C.F./P.Iva 01526340920

Preventivo nr. **116** del **25/06/2024**

Destinatario

ASL NUORO
Via Demurtas n°1
08100 Nuoro (NU)

P.Iva 00977680917

Destinazione

ASL NUORO
Via Demurtas n°1
08100 Nuoro (NU)

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	Vs. richiesta di intervento tecnico via mail del 20/05/2024 su: PERIMETRO COMPUTERIZZATO HUMPHREY HFA3 CARL ZEISS (sn: 840-20574)(Inv. n. 16789) Errore riscontrato: Lo strumento si è spento improvvisamente						
	Ore di lavoro	nr	1	€ 120,00		€ 120,00	22
	Diritto di chiamata	nr	1	€ 80,00		€ 80,00	22
	Materiale da sostituire: Interruttore termico 10A	nr	1	€ 45,00		€ 45,00	22
	Costi di trasferta: Zona 5	nr	1	€ 200,00		€ 200,00	22

Pagamento: Bonifico 60 gg. D.F
Intesa San Paolo - IBAN IT98 W030 6904 8601 0000 0004 952

Acconto:

Totale imponibile	€ 445,00
Totale imposta Iva	€ 97,90

Tot. documento	€ 542,90



RAPPORTO DI LAVORO

Via Newton, 1
Tel. 070.543229
09131 - Cagliari
Partita IVA 01526340920

N. 23A - 2024

CLIENTE: AZIENDA SANITARIA DI NUORO C/O P.O. "SAN FRANCESCO"

REPARTO: AMBULATORIO OCULISTICA

VIA: VIA DEMURTAS, 1 CITTA': NUORO DATA INTERVENTO: 22-05-2024

CODICE STRUMENTO: 16789 N° INVENTARIO: 16789 SERIAL NUMBER: 840-20574

TIPO DI STRUMENTO: PERIMETRO COMPUTERIZZATO HUMPHREY HFA3

DESCRIZIONE INTERVENTO RICHIESTO:

TIPO DI INTERVENTO

ERRORE RISCONTRATO: LO STRUMENTO SI E' SPENTO IMPROVVISAMENTE

INTERNO

ESTERNO

IMPUTAZIONE INTERVENTO

FUORI GARANZIA

CONTRATTO MANUTENZIONE

CONTRATTO RIPARAZIONE

SERVICE

GARANZIA VENDITA

COLLAUDO - INSTALLAZIONE

DEMO - VISIONE

CONTROLLO QUALITA'

TRAINING

DESCRIZIONE LAVORO ESEGUITO:

DIAGNOSI;

APERTURA SERVICE SU STRUMENTAZIONE;

SI RISCONTRA DANNO ACCIDENTALE SU COMPONENTE ELETTRICO COLONNA TAVOLO;

SI RIPRISTINA ALIMENTAZIONE;

SI CONSIGLIA SOSTITUZIONE COMPONENTE ROTTO;

TEST FUNZIONALITA' STRUMENTAZIONE SUPERATO;

SEGUIRA' PREVENTIVO DI SPESA PER RIPARAZIONE FUORI GARANZIA.

RICHIESTA INTERVENTO N°:

RIPARAZIONE FUORI GARANZIA

DATA: 20-05-2024

PREVENTIVO N°: 87

VIA: E-MAIL

DEL: 20-05-2024

RICHIEDENTE: IING. PAOLA PIRAS

CIG:

MATERIALE

QUANTITA' PEZZI

DESCRIZIONE PRODOTTO

PRESTAZIONI

TEMPO DI LAVORO / ATTESA:

N° 1

DIRITTO DI CHIAMATA:

N° 1

TEMPO DI VIAGGIO: ORE

N° 4

TOTALE MATERIALI SOSTITUITI

N° 0

NOTE: SI ALLEGA FOTO DEL GUASTO DOVUTO A DANNO ACCIDENTALE; SI CONSIGLIA SOSTITUZIONE COMPONENTE ROTTO

TIMBRO SOCIETA'

FIRMA TECNICO

TIMBRO SOCIETA'

FIRMA CLIENTE

SURGITEK SRL
Via Newton, 1 - 09131 Cagliari
Tel. 070.543229
P.IVA 01526340920