

Caratteristica	Cod. Prodott	Quantità	P.Unitario	CND	RDM	Aliquota Iva
<p>N.2 Etilometri da destinare al Servizio per le dipendenze (SerD) di Macomer e Siniscola dell' ASL Nuoro</p> <p>Caratteristiche tecniche Sensore elettrochimico</p> <p>minime: professionale sostituibile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Test in modalità Normale, Rapida Passiva (con imbuto). - Precisione: +/- 2% a 1.000 g/l a 25°C - Tempo di risposta: max 10 sec - Display alfanumerico con indicazione stato batteria, data e ora - Memoria interna di 500 test espandibile con SD Card - Gestione dati tramite PC (USB - Bluetooth) <p>Accessori</p> <p>-Interfaccia per stampante portatile (USB)</p> <p>inclusi nella fornitura di n. 1 etilometro:</p> <p>N. 5 Boccaglio professionale in confezione singola, N. 1 imbuto per test passivo, Software PC per visualizzazione dati, Stampante con interfaccia via cavo USB o Infrarossi, Cavo USB, N. 2 batterie Alcaline AA per alimentazione etilometro, N. 4 batterie Alcaline AA per alimentazione stampante, Custodia antiurto.</p>	ALP1-P	2	819,00	Z129099	2152449/R	22
<p>Conformità alle normative vigenti</p> <p>L'attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna</p> <p>È previsto il collaudo di accettazione ai sensi delle Norme CEI 62.5 e 62353 da eseguirsi in loco a carico del personale del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato ed il personale della Unità Operativa utilizzatrice 3.</p>						