

**MODULO RICHIESTA ACQUISTO**

**BENE / SERVIZIO / APPARECCHIATURA**

**NON DI RILEVANZA ATS e per importo, in ragione d'anno, inferiore a € 40.000 (IVA esclusa)**

**(Rif. Tabella 3 allegata alla Deliberazione D.G. ATS n° 800 del 15/06/2018)**

ASL3 NUORO  
PG/2024/36778 del 18/11/2024 ore 10:00  
Mitt.: SC Direzione medica di Presidio P...  
Ass.: SC Provveditorato  
Class.: 5.



**Alla Direzione P.O.U.O. "San Francesco" di Nuoro  
Alla Direzione Servizio Farmaceutico Ospedaliero**

**URGENTE**

**Oggetto: Richiesta di noleggio/acquisto**

N.B.: ai fini della privacy (dati sensibili) non indicare mai estremi anagrafici di assistiti/destinatari richiesta (solo nome e iniziale cognome)

1) SERVIZIO / STRUTTURA / U.O. RICHIEDENTE: \_\_\_\_\_ Servizio Di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale\_\_;

2) DIRETTORE / RESP. STRUTTURA RICHIEDENTE: \_\_\_\_\_ dott.ssa Adriana Ibba\_\_;

3) per esigenze del suddetto Servizio/U.O., si chiede la fornitura dei seguenti beni/servizi (barrare parte di non interesse) e a tal fine si dichiara che **non vi sono procedure di gara aggiudicate/contratti attivi ARES/ASL N. 3**, che quanto richiesto **non è reperibile nei magazzini aziendali** (economici, farmaceutici, protesici, ecc.) e/o **non risulta disponibile presso il Servizio di Ingegneria Clinica**;

4) Trattasi di richiesta di acquisto tipologia BENE / SERVIZIO EX D.P.C.M. 24/12/2015 si no

QUANTITA	CODICE AREAS	REFERENZ A	RDM/CND/REPERTORIO	Descrizione/caratteristiche tecniche oggetto richiesta (allegare documentazione specifiche tecniche)
30000			Dispositivo Medico di classe I CND B0180	Etichette per emocomponenti con adesivo certificato, 10x10 cm + ribbon. Si allega scheda tecnica
150000			Dispositivo Medico di classe I CND B0180	Etichette per emocomponenti con adesivo certificato, 50x25 mm a stampa termica
2000		RAD 25-50	Dispositivo Medico di classe I CND S9080	Etichette radiosensibili autoadesive, Si allega scheda tecnica

**Ai fini dell'individuazione dell'esatta competenza dell'acquisto, la succitata richiesta deve obbligatoriamente ricadere nelle fattispecie di seguito indicate:**

a) In primis, il bene/servizio/apparecchiatura **NON deve essere di rilevanza ARES (se di rilevanza ARES la richiesta deve essere preventivamente trasmessa alla Direzione ASL 3 DI NUORO che disporrà per l'inoltro alle competenti strutture ARES, ovvero: SC Acquisti Beni (per tutti i beni), SC Acquisti Servizi Sanitari (per servizi sanitari), SC Acquisti Servizi Non Sanitari (per i servizi non sanitari), SC Ingegneria Clinica (per le apparecchiature/attrezzature elettromedicali/biomedicali), Dipartimento Farmaco ARES.**

b) Qualora **NON SIA RILEVANZA ARES**, il bene/dispositivo/apparecchiatura, ecc. richiesto deve avere un costo presunto di **IMPORTO ANNUO inferiore a € 40.000 (IVA esclusa)**

N.B.: Specificare, **obbligatoriamente**, quantità, codice AREAS, CND/RDM/REPERTORIO

5) Trattasi di bene **DEDICATO/UNICO/INFUNGIBILE**, ex Art. 63, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016 si X no

caso affermativo specificare DITTA \_\_\_\_\_ e relativo COD. PRODOTTO \_\_\_\_\_

6) Richiesta per lotto unico si no ; più lotti si no

7) ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI \_\_\_\_\_

8) COSTO PRESUNTO: \_\_\_\_\_  
10000 euro \_\_\_\_\_

9) FABBISOGNO: MENSILE SEMESTRALE X ANNUALE PLURIENNALE OCCASIONALE

10) CODICE/PROGETTO/FINANZIAMENTO: fondi di bilancio o altro strumento (specificare) \_\_\_\_\_

11) EVENTUALI ALLEGATI (nel rispetto della vigente normativa privacy): si allegano schede tecniche per etichette 10X10 ed etichette radiosensibili.

Si segnala l'urgenza della pratica per risolvere alquanto prima la non conformità segnalata dai reparti dovuta alla mancata aderenza delle etichette di assegnazione alle unità distribuite con rischio di errore trasfusionale.

Per quanto riguarda le etichette di irradiazione si ritiene necessario il loro utilizzo per garantire la registrazione della lavorazione e ridurre il rischio di errore individuale.

Firma del Direttore Dipartimento \_\_\_\_\_

ASL Sardegna - ASL Nuoro  
P.O. Servizio U.O. (o suo Delegato)  
Servizio di Immunematologia  
Medicina Trasfusionale  
Dirigente Medico  
Dott.ssa Adriana Ibbà

N.B.: Le Direzioni P.O.U.O. San Francesco di Nuoro e del Servizio Farmaceutico Ospedaliero per quanto di propria competenza qualora rilevino che la presente richiesta evidenzia la necessità di annotazioni e/o di elementi mancanti (da integrare/completare), provvederanno alla sua restituzione/integrazione/completamento ai fini del buon esito stesso della richiesta.

**PARTE RISERVATA ALLA Direzione P.O.U.O. San Francesco di Nuoro** (Evidenziare eventuali note e/o elementi mancanti nella richiesta ai fini della restituzione/integrazione/completamento della richiesta, altrimenti esprimere parere favorevole).

Firma Direzione P.O.U.O. (o suo Delegato)



**PARTE RISERVATA ALLA Direzione Servizio Farmacia ospedaliera ASL Nuoro** (Evidenziare eventuali note e/o elementi mancanti nella richiesta ai fini della restituzione/integrazione/completamento della richiesta, altrimenti esprimere parere favorevole).

Firma Direzione Servizio Farmacia Ospedaliera (o suo Delegato)

**PARTE RISERVATA ALLA DIREZIONE ASL NUORO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO:**

Firma del Direttore ASL 3 Nuoro

Descrizione: <b>Indicatore di irraggiamento per emocomponenti</b>	
Nome commerciale: RAD 25-50	Raggi X
REF: RAD 25-50	Confezionamento: 1 x 200 etichette
Codice prodotto interno: 92525252	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivo medico di Classe I marcato CE secondo Regolamento (UE) 2017/745 Art. 52 Paragrafo 7 All. II e III – CND S9080, numero di Repertorio BD/RDM 2141453;</li> <li>Rad 25-50 è un indicatore di irraggiamento per emocomponenti con indicazione della dose minima e massima consentita in accordo con le linee guida vigenti;</li> <li>RAD 25-50 viene applicato sull'emocomponente prima che questo sia collocato nell'irraggiatore;</li> <li>L'etichetta contiene una pellicola sensibile alle radiazioni;</li> <li>Inizialmente la porzione centrale è leggermente rosata e vira al blu dopo l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: l'intensità del blu è correlata alla quantità di radiazioni ricevute;</li> <li>Rad 25-50 si può conservare e trasportare <b>a temperatura ambiente</b>;</li> <li>La data di scadenza (24 mesi) e il lotto di produzione sono riportati sulla confezione e sulle singole etichette; quest'ultimo garantisce la piena tracciabilità del prodotto;</li> <li>Adesivo impiegato: Pressure sensitive adhesive grade 63Z, omologato per l'etichettatura delle sacche di sangue. Soddisfa i requisiti di anti-migrazione e di perfetta aderenza.</li> </ul> <p><b>Conforme al D.Lgs. 2 Novembre 2015</b></p> <p><i>Prodotto stabile tal quale. Il prodotto non deve essere disperso nell'ambiente e lo smaltimento deve avvenire secondo la normativa nazionale e regionale vigente applicata ai rifiuti solidi <b>non tossici e nocivi</b>.</i></p> <p><i>Una volta applicato alla sacca di sangue lo smaltimento del prodotto segue quanto previsto dalla normativa nazionale per lo smaltimento degli emoderivati.</i></p>	

Descrizione: <b>Etichetta singola con adesivo certificato</b>	
Nome commerciale: <b>Certilabel</b>	
REF: <b>CERTILABEL</b>	Confezionamento: vedi tabella
Codice prodotto interno: vedi tabella	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivo medico di Classe I marcato CE secondo Regolamento (UE) 2017/745 Art. 52 Paragrafo 7 All. II e III – CND B0180, numero di Repertorio BD/RDM 2144362</li> <li>Etichetta singola applicata su supporto cartaceo</li> <li>Strato esterno: P 1</li> <li>Supporto cartaceo: HONEY GLASSINE 65 – Supporto in carta supercalandrata trasparente, gialla</li> <li>Estrema nitidezza, assenza di sbavature e durabilità di stampa grazie all'impiego di un supporto cartaceo sintetico idrorepellente e ad un ribbon cerato (<b>vedi tabella</b>).</li> <li>Adesivo impiegato: RPMD – Adesivo acrilico a base acquosa ideato per soddisfare i requisiti di anti-migrazione e di perfetta aderenza – omologato per l'etichettatura delle sacche di sangue. Atossico, adatto all'esposizione ai raggi gamma e certificato per l'impiego alle basse temperature (-40°C);</li> </ul>	
* Allegata certificazione adesivo	
Produttore: <b>B.B.S. SRL</b> Produttore adesivo: <b>UPM</b> 10/09/2021 rev 0.3	